

A2LA-KALIBRIERUNG TEMP. 5-PKT

Werkskalibrierschein

Factory calibration certificate



Messumformer-Typ: 10000

transmitter type:

Serien-Nr.: 12345678

serial no.:

Messbereich: -1...1000 °C

temperature range:

Ausgangssignal: 4...20 mA

output:

Genauigkeit: ± 0.1000 % FS

accuracy:

Kalibrierdatum: 15.05.2024

date of calibration:

Auftragsnummer: 12345678

job no.:

Referenzgerät: 10000000

reference unit:

Prüfnorm, Temperatur: IEC 60751-2:2015

testing device, temperature:

Serien-Nr.: 12345678

serial no.:

PTB-Zertifikat: PTB 1111111

PTB certificate:

Umgebungstemperatur: 20 °C

ambient temperature:

Ist-Wert <i>reference value</i>	Ist-Wert <i>actual value</i>	Abweichung <i>deviation</i>
-1000	-1000	0.00
0	0	0.00
1000	1000	0.00

Die Kalibrierung erfolgte bei einer Umgebungstemperatur von einem "Referenzstandard" mit einem Referenz-Element der höchsten Klasse in Einklang mit den internationalen Temperatur-Transferts auf Basis der ITS-90.

The calibration was carried out in the "reference temperature" with a "reference standard" in comparison reference element of the highest class in accordance with the ITS-90.

Die Angaben zur Messgenauigkeit stellen die Normabweichung des Messwertes dar und stellen den Kalibrierungsprozess dar. Die Kalibrierung des Messwertes beruht auf einem abgelesenen Einlesungsgrad von 100 %.

The given measurement accuracy is the standard deviation of the measurement method and the unit under test during the calibration. The measured value corresponds to the reading of 100 %.

Die gemessene große Abweichung, dass diese gemessenen Messwerte, unter Beachtung eines nach DIN EN ISO 9001:2015 zertifizierten QMS Systems, gültig kalibriert sind und kalibrierte Transferts nachfolgend ist.

The given great deviation that the above mentioned measuring values, following a QMS system certified according to DIN EN ISO 9001:2015, is also calibrated and can be traced back to reference standards.

Hinweis: Dieses Zertifikat wurde automatisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.

Note: This certificate has been generated automatically and is valid without signature.

No. gross: 0001

Herstellt in: 10000 Fabrik

Germany

Address: 10000 10000 10000

www.ifm.de

Tel.: +49 174 424 424 424

Тепло	[g]	19,171
-------	-----	--------

Забележки

Забележки	Сертификатът за калибриране трябва да бъде поръчан заедно със сензор.
-----------	---

Забележки	Сертификатът за калибриране трябва да бъде поръчан заедно със сензор.
	Съответният датчик се доставя заедно с сертификата за калибриране.
	Сертификатът за калибриране е на два езика (немски / английски).
	Замяна на поръчки са възможни само ако сензорът е в чист вид при връщане.
	В интернет версията на техническите характеристики примерният сертификат се съхранява в раздела "Изтегляния".