



Certificat de calibrage ISO pour capteurs de température 3 points

ISO-Kalibrierung Temp. 3-Pkt

Werkskalibrierschein
Factory calibration certificate

Messumformer-Typ: PT1000
transmitter type: PT1000
Serien-Nr.: 10000000
serial no.: 10000000
Messbereich: -50...150 °C
temperature range: -50...150 °C
Ausgangssignal: 4...20 mA
output: 4...20 mA
Genauigkeit: ± 0,15 °C
accuracy: ± 0,15 °C
Kalibrierdatum: 10.05.2012
date of calibration: 10.05.2012

Auftragsnummer: 10000000
job no.: 10000000
Referenzgerät: PT1000
reference unit: PT1000
Prüfnormal, Temperatur: 0 °C
testing device, temperature: 0 °C
Serien-Nr.: 10000000
serial no.: 10000000
PTB-Zertifikat: Ja
PTB certificate: Yes
Umgebungstemperatur: 20 °C
ambient temperature: 20 °C

Die Kalibrierung erfolgt bei der angegebenen Umgebungstemperatur von einem "Referenz-Modell" mit einem Referenz-Element der höchsten Qualität in Abstimmung mit dem deutschen Temperatur-Standard auf Basis des ITS-90.
The calibration was performed at the specified temperature of the "reference element" with a reference element of the highest quality in accordance with the German temperature standard on the basis of the ITS-90.

Die Angaben zur Messgenauigkeit werden den Messwerten aus dem Zertifikat des Messverfahrens und denen der Kalibrierungsgenauigkeit gemäß der Kalibrierung. Die Messwerte beziehen sich auf einen abgelesenen Fehlerbereich von ± 0,15 °C.
The specified accuracy is based on the accuracy of the measurement method and the calibration accuracy. The measured values refer to a reading error of ± 0,15 °C.

Die genauen genauen Messwerte, unter Beachtung eines nach DIN EN ISO 9001:2008 zertifizierten QMS-Systems, gültig kalibriert und auf nationale Standards rückführbar ist.
The precise and accurate measurement values, taking into account a certified according to DIN EN ISO 9001:2008, is also calibrated and can be traced back to national standards.

Wichtig: Dieses Zertifikat wurde automatisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.
Important: This certificate was automatically generated and is valid without signature.

ifm electronic gmbh

Kontakt: 0201 7142-1100
Fax: 0201 7142-1101

www.ifm.com

Données mécaniques	
Poids	[g] 19,171
Remarques	
Remarques	Le certificat de calibrage ISO n'est pas reconnu selon l'EA MLA (Multilateral Agreement) et est donc considéré comme non traçable. Le certificat de calibrage doit être commandé en combinaison avec un capteur. La livraison de l'appareil correspondant comprend le certificat de calibrage. Le certificat de calibrage est bilingue (allemand/anglais) Des commandes ultérieures sont seulement possibles si l'appareil est dans un état propre lors du retour. Dans la version internet de la fiche technique un certificat modèle est disponible sous l'onglet "Téléchargement".

ZC0016



Certificat de calibrage ISO pour capteurs de température 3 points

ISO-Kalibrierung Temp. 3-Pkt

Données supplémentaires

Points de mesure (selon ISO 9110)

1	65 °C
2	85 °C
3	123 °C