



A2LA / ILAC MRA - Certifikát o kalibraci teplotních senzorů n-bodová

A2LA-KALIBRIERUNG TEMP. N-PKT

Werkskalibrierschein
Factory calibration certificate

Messumformer-Typ: PT1000
transmitter type: PT1000
Serien-Nr.: 10000000
serial no.: 10000000
Messbereich: -50...150 °C
temperature range: -50...150 °C
Ausgangssignal: 4...20 mA
output: 4...20 mA
Genauigkeit: ±0,15 °C
accuracy: ±0,15 °C
Kalibrierdatum: 10.05.2015
date of calibration: 10.05.2015

Auftragsnummer: 10000000
job no.: 10000000
Referenzgerät: PT1000
reference unit: PT1000
Prüfnorm, Temperatur: PT1000
testing device, temperature: PT1000
Serien-Nr.: 10000000
serial no.: 10000000
PTB-Zertifikat: PTB-Zertifikat
Umgebungstemperatur: 20 °C
ambient temperature: 20 °C

Die Kalibrierung erfolgte bei der angegebenen Umgebungstemperatur mit einem "Schwarzen Strahl" mit einem Referenz-
Thermometer als Vergleichsmittel in Abstimmung mit dem internationalen Temperaturnormale auf Basis der ITS-90.
Die Kalibrierung wurde in der kalibrierenden PTB "Physikalisch-Technische Bundesanstalt" mit einer Messunsicherheit von
±0,15 °C durchgeführt.

Die Angaben zur Messunsicherheit werden den Messergebnissen des Messumformers und denen der
Kalibrierungsgeneratoren zugeordnet. Die Messunsicherheit des Referenzthermometers beträgt ±0,05 °C.
Die Messunsicherheit beträgt ±0,15 °C.

The given uncertainty values are the maximum of the uncertainty of the measurement method and the uncertainty during the calibration. The measured
value applies to the indicated value of the measurement uncertainty.

Die gesamte Kalibrierung wurde in der kalibrierenden PTB "Physikalisch-Technische Bundesanstalt" durchgeführt. Die Messunsicherheit beträgt
±0,15 °C.

The given uncertainty values are the maximum of the uncertainty of the measurement method and the uncertainty during the calibration. The measured
value applies to the indicated value of the measurement uncertainty.

Wichtig: Dieses Zertifikat wurde automatisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.
Important: This certificate was automatically generated and is valid without signature.

Die gesamte Kalibrierung wurde in der kalibrierenden PTB "Physikalisch-Technische Bundesanstalt" durchgeführt. Die Messunsicherheit beträgt
±0,15 °C.

The given uncertainty values are the maximum of the uncertainty of the measurement method and the uncertainty during the calibration. The measured
value applies to the indicated value of the measurement uncertainty.

Mechanická data	
Hmotnost	[g] 19,171
Upozornění	
Upozornění	Kalibrační certifikát je nutné objednat společně se senzorem.
	Příslušný senzor je dodáván společně s kalibračním certifikátem.
	Kalibrační certifikát je ve dvou jazycích (němčina/angličtina).
	Pozdější objednávky jsou možné pouze v případě, že je snímač v okamžiku návratu v čistém stavu.
	V internetové verzi datového listu je v záložce "Ke stažení" k dispozici vzorový certifikát.
Podle požadavků zákazníka lze zvolit max. 4 měřicí body	