ZC0110

ISO-Kalibrierzertifikat für Leitfähigkeitssensoren (Rekalibrierung)

ISO-REKALIBRIERUNG LDL101



Werkskalibrierschein
Factory calibration certificate

ifm electronic

Messumformer-Typ: *transmitter type:*
Serien-Nr.: *serial no.:*
Messbereich: *temperature range:*
Ausgangssignal: *output:*
Genauigkeit: *accuracy:*
Kalibrierdatum: *date of calibration:*

Auftragsnummer: *job no.:*
Referenzgerät: *reference unit:*
Prüfnormal, Temperatur: *testing device, temperature:*
Serien-Nr.: *serial no.:*
PTB-Zertifikat: *PTB certificate:*
Umgebungstemperatur: *ambient temperature:*

MUSTER

Einsatzbereich		
Ausführung		für Bauform LDL101
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	0,001

ZC0110

ISO-Kalibrierzertifikat für Leitfähigkeitssensoren (Rekalibrierung)

ISO-REKALIBRIERUNG LDL101

Bemerkungen	
Bemerkungen	Das ISO-Kalibrierzertifikat ist nicht nach dem EA MLA (Multilateral Agreement) anerkannt und gilt damit als nicht rückgeführt.
	Das Kalibrierzertifikat muss in Verbindung mit einem Gerät bestellt werden.
	Ausgeliefert wird das entsprechende Gerät mit dem Kalibrierzertifikat.
	Das Kalibrierzertifikat ist zweisprachig (deutsch/englisch).
	Rekalibrierungen oder nachträgliche Bestellungen sind nur mit Rücksendung des Gerätes in sauberem Zustand, ohne angebrachte Adaptionen (Auslieferungszustand) und mit ausgefüllter Dekontaminationserklärung möglich.
	In der Internetversion des Datenblattes ist ein Musterzertifikat unter der Registerkarte "Downloads" abgelegt.
	Justage des CGA-Kalibrierfaktors ab Abweichung ≥ 50% der zulässigen Toleranz