



A2LA / ILAC MRA - Kalibrerings certifikat for
temperatursensorer 3-punkter

A2LA-KALIBRIERUNG TEMP. 3-PKT

Werkskalibrierschein
Factory calibration certificate

Messumformer-Typ: T1000

transmitter type: T1000

Serien-Nr.: 12345678

serial no.: 12345678

Messbereich: -50...150 °C

temperature range: -50...150 °C

Ausgangssignal: 4...20 mA

output: 4...20 mA

Genauigkeit: ±0,15 °C

accuracy: ±0,15 °C

Kalibrierdatum: 12.03.2015

date of calibration: 12.03.2015

Auftragsnummer: 123456

job no.: 123456

Referenzgerät: PTB 123456

reference unit: PTB 123456

Prüfnormal, Temperatur: PTB 123456

testing device, temperature: PTB 123456

Serien-Nr.: 123456

serial no.: 123456

PTB-Zertifikat: PTB 123456

PTB certificate: PTB 123456

Umgebungstemperatur: 20 °C

ambient temperature: 20 °C

Die Kalibrierung erfolgt bei der angegebenen Umgebungstemperatur von einem "Referenzstandard" mit einem Referenz-
 Element der höchsten Qualität in Abstimmung mit dem internationalen Temperatursystem auf Basis des ITS-90.
 Die Kalibrierung wird durchgeführt in der kalibrierungsfähigen "Referenzumgebung" mit einem Referenzstandard in der kalibrierungsfähigen
 Umgebungstemperatur von 20 °C.
 Die Angaben zur Messumformerschaltung sind den technischen Zeichnungen des Messumformers und denen der
 Kalibrierungsanweisung zu entnehmen. Die Messwerte beziehen sich auf einen abgelesenen Endwert mit einer Genauigkeit von 0,15 °C.
 Die Messunsicherheit beträgt 0,15 °C.
 The calibration is performed in the environment of the "reference standard" with a reference standard in the calibration-
 capable environment of 20 °C.
 The specifications for the transducer circuit are to be taken from the technical drawings of the transducer and from the
 calibration instructions. The measurement values refer to a read-off end value with an accuracy of 0,15 °C.
 The measurement uncertainty is 0,15 °C.
 The present certificate confirms that the measurement results are valid under the conditions of the calibration. The present
 certificate is valid for the duration of the calibration.
 The present certificate confirms that the measurement results are valid under the conditions of the calibration. The present
 certificate is valid for the duration of the calibration.
 The present certificate confirms that the measurement results are valid under the conditions of the calibration. The present
 certificate is valid for the duration of the calibration.

ifm electronic gmbh

Friedrichstraße 1

45128 Essen

Germany

Phone: +49 (0)201 1800-1

ifm electronic gmbh

Friedrichstraße 1

45128 Essen

Germany

Phone: +49 (0)201 1800-1

ifm electronic gmbh

Friedrichstraße 1

45128 Essen

Germany

Phone: +49 (0)201 1800-1

Mekaniske data	
Vægt	[g] 19,171
Bemærkning	
Bemærkning	Kalibrerings certifikatet skal bestilles sammen med en sensor. Den tilhørende sensor leveres sammen med kalibrerings certifikatet. Kalibrerings certifikatet findes på to sprog (tysk / engelsk). Efterfølgende ordrer er kun muligt hvis sensoren returneres i rengjort tilstand. internet versionen af databladet indeholder en prøve på et certifikat der ligger i folderen "Downloads".