



ISO-kalibrointitodistus lämpötila-antureille, n-pisteinen

ISO-Kalibrierung Temp. N-Pkt

Werkskalibrierschein
Factory calibration certificate

Messumformer-Typ: PT1000
transmitter type: PT1000
Serien-Nr.: 12345678
serial no.: 12345678
Messbereich: 0...150°C
temperature range: 0...150°C
Ausgangssignal: 4...20mA
output: 4...20mA
Genauigkeit: ±0.05°C
accuracy: ±0.05°C
Kalibrierdatum: 12.12.2012
date of calibration: 12.12.2012

Auftragsnummer: 123456
job no.: 123456
Referenzgerät: PT1000
reference unit: PT1000
Prüfnorm, Temperatur: DIN EN ISO 9001
testing device, temperature: DIN EN ISO 9001
Serien-Nr.: 12345678
serial no.: 12345678
PTB-Zertifikat: PTB-Zertifikat
PTB certificate: PTB-Zertifikat
Umgebungstemperatur: 20°C
ambient temperature: 20°C

Die Kalibrierung erfolgt bei der angegebenen Umgebungstemperatur mit einem "Schwarzen Strahl" mit einem Referenz-
Thermometer als Vergleichsmittel in Abhängigkeit der oben angegebenen Temperatur-Standard auf Basis der PTB 90.
Die Kalibrierung wird durchgeführt in der kalibrierten Temperatur-Standard mit einem Referenz-Standard in Abhängigkeit der
Umgebungstemperatur-Standard von 20°C bis 150°C.

Die Angaben zur Messumformertyp und der Messbereich sind den technischen Daten des Messumformers und denen der
Kalibrierungsanweisung entsprechend der Kalibrierung. Die Messwerte beziehen sich auf einen abgelesenen Fehleranteil von 0,05 %.
Die Messumformertyp ist PT1000.

The given information is valid only in the conditions of the measurement method and the unit under test during the calibration. The measured
value applies to the accuracy of the measurement method.

Die gegebene Genauigkeit ist nur gültig, wenn die Messumformertyp und der Messbereich den technischen Daten des Messumformers
entsprechen. Die Messwerte beziehen sich auf einen abgelesenen Fehleranteil von 0,05 %.

The given data is valid only if the measurement method and the unit under test during the calibration. The measured
value applies to the accuracy of the measurement method.

Wichtig: Dieses Zertifikat wurde automatisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.
Important: This certificate was automatically generated and is valid without signature.

ifm electronic gmbh

Friedrichstraße 1

45128 Essen

Germany

Phone: +49 (0)201 1800-1

ifm electronic gmbh

Friedrichstraße 1

45128 Essen

Germany

Phone: +49 (0)201 1800-1

Mekaaniset tiedot

Paino	[g]	19,171
-------	-----	--------

Huomautuksia

Huomautuksia	ISO-kalibrointitodistusta ei tunnusteta EA MLA (Multilateral Agreement) mukaan ja sitä pidetään siksi ei-jäljitettynä.
	Kalibrointitodistus on tilattava anturilauksen yhteydessä.
	K.o. anturi toimitetaan yhdessä kalibrointitodistuksen kanssa.
	Kalibrointitodistus toimitetaan kahdella kielellä (saksa/englanti).
	Myöhemmät tilaukset ovat mahdollisia vain, jos anturi on puhdas palautettaessa.
	Esimerkkisertifikaatti löytyy datalehdien internet-version Downloads-välilehdestä.
	maks. 4 mittauspistettä voidaan valita asiakkaan vaatimusten mukaan
	Lämpötila-alue -20°C...150°C