

Werkskalibrierschein

Factory calibration certificate



Messumformer-Typ: T0000

transmitter type:

Serien-Nr.: 12345678

serial no.:

Messbereich: -1...100°C

temperature range:

Ausgangssignal: 4...20mA

output:

Genauigkeit: ± 0.1000 % FS

accuracy:

Kalibrierdatum: 15.05.2020

date of calibration:

Auftragsnummer: 12345678

job no.:

Referenzgerät: T0000000

reference unit:

Prüfnormal, Temperatur: DIN EN ISO 9001

testing device, temperature:

Serien-Nr.: 12345678

serial no.:

PTB-Zertifikat: Nein / No

PTB certificate:

Umgebungstemperatur: 20°C

ambient temperature:

Null-Wert <i>reference value</i>	Null-Wert <i>start value</i>	Ausgangssignal <i>output</i>
0	0	4.000
100	100	20.000

Die Kalibrierung erfolgte bei der angegebenen Umgebungstemperatur mit einem "Referenzstandard" nach einem Referenz-
 Experiment der Vorgehensvorschrift in Anlehnung an die Normenreihe Temperatur-Transmitter nach DIN EN 17040.
 The calibration was carried out at the specified temperature with a "reference standard" and a reference experiment in accordance with the
 instructions in the VDI 2617-40.

Die Angaben zur Messgenauigkeit beruhen auf den Unsicherheiten des Messverfahrens und denen des
 Kalibriergegenstandes gemäß der Kalibrierung. Die Messwerte beziehen sich auf einen abgerundeten Erweiterungsfaktor von 100 %.
 The specified measurement accuracy is based on the uncertainty of the measurement method and the unit under test during the calibration. The measured
 values refer to the uncertainty of 100 %.

Das gegenwärtige Kalibrierzeugnis, das einen gewissen Messwert, unter Beachtung eines nach DIN EN ISO 9001:2008 zertifizierten
 100-fachen, gültig kalibriert und auf nachfolgende Transmitter übertragbar ist.
 The present calibration certificate, which certifies a certain measurement value, is valid according to DIN EN ISO 9001:2008 and can be passed
 on to other transmitters.

Hinweis: Dieses Zertifikat wurde automatisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.
 remark: This certificate has been generated automatically and is valid without signature.

Das gegenwärtige

Kalibrierung

ifm electronic

00000 123456789010

www.ifm.de

Telefon +49 52 74 02 10 000 1111

應用	
設計	應用於型號 SM6x2x, SM7x2x, SM8x2x, SM8x3x
機械技術數據	
重量	[g] 33.17
注釋	
注釋	校準證書須與相應的感測器一起訂購。 相應的感測器與校準證書一起供貨。 校準證書為兩種語言（ 德語/英語 ）。 僅在設備在清潔狀態、未安裝任何適配件（ 交付狀態 ） 並附有完整的去污聲明時，才可執行再校準或後續訂單 在因特網技術資料裏，示例證書存儲在選項 “下載” 中。