

ISO-Kalibrierung Temp. N-Pkt

Werkskalibrierschein

Factory calibration certificate



Messumformer-Typ: 10000

transmitter type:

Serien-Nr.: 1000000

serial no.:

Messbereich: -1...1000 °C

temperature range:

Ausgangssignal: 4...20 mA

output:

Genauigkeit: ± 0.1000 %

accuracy:

Kalibrierdatum: 10.08.2010

date of calibration:

Auftragsnummer: 1000000

job no.:

Referenzgerät: 1000000

reference unit:

Prüfnormal, Temperatur: PT1000, IEC 60751

testing device, temperature:

Serien-Nr.: 1000000

serial no.:

PTB-Zertifikat: Nein

PTB certificate:

Umgebungstemperatur: 20 °C

ambient temperature:

1000000	1000000	Ausgangssignal
reference unit	serial no.	output
		

Die Kalibrierung erfolgte bei der angegebenen Umgebungstemperatur mit einem "Referenzstandard" nach einem Referenz-
 Experiment der Vorgehensvorschrift in Anlehnung an die Internationalen Temperaturskizzen auf Basis der ITS-90.
 The calibration was carried out at the "reference temperature" with a "reference standard" in compliance with the standard
 experimental temperature skizzen of ITS-90.

Die Angaben zur Messgenauigkeit erfolgen auf Basis der Unsicherheiten des Messverfahrens und denen des
 Kalibriergegenstandes gemäß der Kalibrierung. Die Messwerte beziehen sich auf einen abgerundeten Eindeutigkeitsgrad von 100 %.
 The specifications for measurement accuracy are based on the uncertainties of the measurement method and those of the
 calibration object. The measurement results refer to a rounded level of uniqueness of 100 %.

Die gemessene Genauigkeit entspricht dem oben genannten Messsystem, unter Beachtung eines nach DIN EN ISO 9001:2008 zertifizierten
 QMS-Systems, gültig Kalibrierung und auf nationale Standards rückführbar ist.
 The measured accuracy corresponds to the above mentioned measuring system, following a QMS system certified according to DIN EN ISO 9001:2008, is traceable and can be traced
 back to national standards.

Wichtig: Dieses Zertifikat wurde automatisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.
Important: This certificate has been generated automatically and is valid without signature.

for person print:

ifm electronic

Germany

Address: 44173 Düsseldorf

www.ifm.com

Tel.: +49 (0)212 4000-1122

Težina	[g]	19,171
--------	-----	--------

Opaske

Opaske	ISO certifikat o umjeravanju nije priznat u skladu sa Multilateralnim
--------	---

Opaske	ISO certifikat o umjeravanju nije priznat u skladu sa Multilateralnim sporazumom EA-a te se stoga smatra da nije praćen.
	Kalibracijski certifikat treba naručiti skupa sa senzorom.
	Odgovarajući senzor isporučuje se skupa s kalibracijskim certifikatom.
	Kalibracijski je certifikat izdan na dva jezika (njemački / engleski).
	Naknadne narudžbe moguće su ako je senzor u čistom stanju po povratku.
	U internetskoj inačici podatkovne tablice ogledni primjerak certifikata pohranjen je pod karticom „Preuzimanja“.
	može se odabrati maksimalno 4 mjerne točke u skladu sa zahtjevima korisnika
	Temperaturno područje -20°C...150°C