



Certificado de calibración ISO para sensores de caudal

ISO-Kalibrierung SD

Werkskalibrierschein
Factory calibration certificate

Messumformer-Typ: [value]

transmitter type: [value]

Serien-Nr.: [value]

serial no.: [value]

Messbereich: [value]

temperature range: [value]

Ausgangssignal: [value]

output: [value]

Genauigkeit: [value]

accuracy: [value]

Kalibrierdatum: [value]

date of calibration: [value]

Auftragsnummer: [value]

job no.: [value]

Referenzgerät: [value]

reference unit: [value]

Prüfnormal, Temperatur: [value]

testing device, temperature: [value]

Serien-Nr.: [value]

serial no.: [value]

PTB-Zertifikat: [value]

PTB certificate: [value]

Umgebungstemperatur: [value]

ambient temperature: [value]

Die Kalibrierung erfolgte bei der angegebenen Umgebungstemperatur mit einem "Schwermetall-Wasser" mit einem Referenz-
Thermometer als Vergleichsmittel in Kombination mit dem kalibrierten Temperatur-Sensordruck auf Basis der PTB 90.
Die Kalibrierung wurde durchgeführt in der kalibrierten Temperatur mit einem Referenz-Sensordruck in Kombination mit einem Referenz-
Thermometer in der kalibrierten Temperatur.

Die Angaben zur Messgenauigkeit sind nur gültig, wenn die Messumformer des Messsystems und dessen der
Kalibrierungsgenauigkeit entspricht der Kalibrierung. Die Messwerte beziehen sich auf einen abgelesenen Druckwert von 100 %.
Die Messumformer hat die Klasse 1/0,5.

The given accuracy values are only valid if the accuracy of the measurement method used for the calibration is not worse than during the calibration. The measured
value applies to the indicated value of 100 % of the measurement uncertainty is not.

Die Angabe zum Messsystem ist nur gültig, wenn das Messsystem, unter Beachtung eines nach DIN EN ISO 9001:2008 zertifizierten
QM-Systems, gültig kalibriert und auf nationale Standards rückführbar ist.
The given value is only valid if the measurement method used, following a QM system according to DIN EN ISO 9001:2008, is also certified and can be traced
back to national standards.

Wichtig: Dieses Zertifikat wurde automatisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.
Important: This certificate has been generated automatically and is valid without signature.

ifm electronic gmbh

Friedrichstraße 1
45128 Essen
Tel: +49 (0)201 1800-1

ifm electronic gmbh

Friedrichstraße 1
45128 Essen
Tel: +49 (0)201 1800-1

Datos mecánicos

Peso	[g]	5
------	-----	---

Notas

Notas	el certificado de calibración ISO no está reconocido según el EA MLA (Acuerdo Multilateral) y, por tanto, no se considera trazable. El certificado de calibración solo puede ser solicitado en combinación con un equipo. El equipo correspondiente es entregado con certificado de calibración. El certificado de calibración está en dos idiomas (alemán/inglés). Los pedidos a posteriori únicamente son posibles si el equipo se devuelve en un estado de limpieza aceptable. En la versión de Internet de la ficha técnica está disponible un certificado de muestra en la pestaña "Descargas".
-------	--