



Fabriekscalibratiecertificaat voor infrarood-temperatuursensoren

Werkskalibrierschein für Infrarot-Temp.

Werkskalibrierschein
Factory calibration certificate

Messumformer-Typ: T1000
transmitter type:

Serien-Nr.: 12345678
serial no.:

Messbereich: 0...200 °C
temperature range:

Ausgangssignal: 4...20 mA
output:

Genauigkeit: ± 0,1 %
accuracy:

Kalibrierdatum: 01.01.2014
date of calibration:

Auftragsnummer: 123456
job no.:

Referenzgerät: PTB 123456
reference unit:

Prüfnormal, Temperatur: PTB 123456
testing device, temperature:

Serien-Nr.: 123456
serial no.:

PTB-Zertifikat: PTB 123456
PTB certificate:

Umgebungstemperatur: 20 °C
ambient temperature:

Die Kalibrierung erfolgt bei der angegebenen Umgebungstemperatur mit einem "Schwarzen Strahler" mit einem Referenz-
Thermometer als Vergleichsmittel in Abstimmung mit dem deutschen Temperatur-Standard auf Basis des PTB 90.
The calibration was performed in the laboratory temperature of 20 °C "black radiation" with a reference standard in comparison with the
reference standard in accordance with PTB 90.

Die Angaben zur Messumformerschicht sind mit dem Hersteller des Messumformers und dessen der
Kalibrierungsgenehmigung genehmigt der Kalibrierung. Die Messwerte beziehen sich auf einen abgegrenzten Temperaturbereich von 0 bis 200 °C.
The specifications for the measuring layer are approved by the manufacturer of the measuring layer and its approval of the
calibration approval is approved by the calibration. The measurement values refer to a defined temperature range from 0 to 200 °C.

The given specifications are approved by the manufacturer of the measuring layer and its approval of the calibration. The measured
values refer to the defined temperature range of 0 to 200 °C.

Die gemessenen Werte sind die gemessenen Messwerte, unter Beachtung eines nach DIN EN ISO 9001:2008 zertifizierten
QM-Systems, gültig kalibriert und auf nationale Standards rückführbar ist.
The given data confirm that the measurement measuring system, following a QM system according to DIN EN ISO 9001:2008, is approved and can be traced
back to national standards.

Wichtig: Dieses Zertifikat wurde automatisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.
Important: This certificate was automatically generated and is valid without signature.

ifm electronic gmbh

Produktions- und Service-Abteilung

Friedrichstraße 1

45128 Essen

Telefon: +49 (0)201 2500-1

www.ifm.com

Telefon: +49 (0)201 2500-1111

Mechanische eigenschappen	
Gewicht	[g] 20,8
Opmerkingen	
Opmerkingen	Het calibratiecertificaat moet tegelijk met de sensor worden besteld.
	Bij uitlevering zijn sensor en calibratiecertificaat gezamenlijk verpakt.
	Het calibratiecertificaat is tweetalig (Duits/Engels).
	Een bestelling achteraf is mogelijk onder vermelding van het serienummer.
	Het certificaat wordt met terugwerkende kracht op de dag van de calibratie beschreven.
	In de internet versie van het datablad is een voorbeeld van het certificaat onder de tab "downloads" op te slaan.