

Rekalibrierung für Particle Monitor

Opmerkingen	Het apparaat moet geretourneerd worden naar de leverancier
	Bij uitlevering zijn sensor en calibratiecertificaat gezamenlijk verpakt.
	Het calibratiecertificaat is tweetalig (Duits/Engels).
	Nabestelling/levering is alleen mogelijk, als het apparaat bij terugzending vrij is van residu.
	In de internet versie van het datablad is een voorbeeld van het certificaat onder de tab "downloads" op te slaan.