

Werkskalibrierschein für Infrarot-Temp.

Werkskalibrierschein

Factory calibration certificate



Messumformer-Typ: T0000

transmitter type:

Serien-Nr.: 12345678

serial no.:

Messbereich: -1...1000 °C

temperature range:

Ausgangssignal: 4...20 mA

output:

Genauigkeit: ± 0.1000 % FS

accuracy:

Kalibrierdatum: 15.05.2020

date of calibration:

Auftragsnummer: 12345678

job no.:

Referenzgerät: T0000000

reference unit:

Prüfnorm, Temperatur: IEC 60751-2:2015

testing device, temperature:

Serien-Nr.: 12345678

serial no.:

PTB-Zertifikat: PTB 1111111

PTB certificate:

Umgebungstemperatur: 20 °C

ambient temperature:

Ist-Wert <i>reference value</i>	Ist-Wert <i>actual value</i>	Abweichung <i>deviation</i>
1000	1000	0
500	500	0
0	0	0
-500	-500	0
-1000	-1000	0

Die Kalibrierung erfolgte bei der angegebenen Umgebungstemperatur mit einem "Referenz-Strahlensensor" nach dem Referenz-
 Parameter der Vorgehensrichtlinie in Anlehnung an die Normenreihe der Temperatur-Transmitter nach DIN EN 60751-2.
 The calibration was carried out in the "reference temperature" with "reference sensor" in compliance with the standard
 parameter temperature range of IEC 60751-2.

Die Angaben zur Messgenauigkeit stellen die Normwerte aus den Unsicherheiten des Messverfahrens und denen des
 Kalibriergerätes dar. Nach der Kalibrierung. Die Messwerte beziehen sich auf einen abgerundeten Eindeutigkeitsgrad von 100 %.
 The measurement accuracy represents the standard values of the measurement method and the unit under test during the calibration. The measured
 value refers to the rounding of 100 % to the measurement uncertainty of 100 %.

Der gemessene Wert entspricht dem oben genannten Messwert, unter Beachtung eines nach DIN EN 60751-2:2015 zertifizierten
 100-Signifikanz, gültig kalibriert und auf nationale Transmitter rückführbar ist.

The given value corresponds to the above mentioned measuring value, following a 100-point certified value to DIN EN 60751-2:2015, is also calibrated and can be traced
 back to national standards.

Hinweis: Dieses Zertifikat wurde automatisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.
 remark: This certificate has been generated automatically and is valid without signature.

for process guide
Produkt- & Service-Team
ifm electronic
2020-05-15/15-05-2020
www.ifm.com

20,80

Kalibreringssertifikatet må bestilles sammen med en sensor.
Den samsvarende sensoren leveres sammen med kalibreringssertifikatet.
Kalibreringssertifikatet er på to språk (tysk/engelsk).
Det er mulig med en påfølgende bestilling ved angivelse av serienummeret.
Sertifikatet utstedes på samme dag som kalibreringen finner sted, med tilbakevirkende kraft.
I databladets nettversjon er det lagret et eksempel på sertifikat under fanen «Nedlastinger».