

Rekalibrierung für Infrarot-Temp. TW2002

Merknader	Enheten må returneres til forhandleren.
	Den samsvarende sensoren leveres sammen med kalibreringssertifikatet.
	Kalibreringssertifikatet er på to språk (tysk/engelsk).
	Det er kun mulig med påfølgende bestillinger hvis sensoren er i plettfri tilstand når den skal returneres.
	I databladets nettversjon er det lagret et eksempel på sertifikat under fanen «Nedlastinger»