


Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Werkskalibrierschein

Factory calibration certificate



Messumformer-Typ:		Auftragsnummer:	
<i>transmitter type:</i>		<i>job no.:</i>	
Serien-Nr.:		Referenzgerät:	
<i>serial no.:</i>		<i>reference unit:</i>	
Messbereich:		Prüfnorm, Temperatur:	
<i>temperature range:</i>		<i>testing device, temperature:</i>	
Ausgangssignal:		Serien-Nr.:	
<i>output:</i>		<i>serial no.:</i>	
Genauigkeit:		PTB-Zertifikat:	
<i>accuracy:</i>		<i>PTB certificate:</i>	
Kalibrierdatum:		Umgebungstemperatur:	
<i>date of calibration:</i>		<i>ambient temperature:</i>	



1. Kalibrierung	2. Kalibrierung	3. Kalibrierung

Die Kalibrierung erfolgt bei der angegebenen Umgebungstemperatur von einem "technischen Sachverständigen" nach einem Referenz-Parameter als "Vergleichsmittel" in Anlehnung an die internationalen Temperatur-Standards auf Basis der ITS-90.

The calibration was performed at the calibrated temperature of the "technical expert" with a reference parameter in comparison with the standard international temperature standards of ITS-90.

Die Angaben zur Messunsicherheit werden auf Basis der Unsicherheiten des Messverfahrens und denen des Kalibriergerätes ermittelt. Die Messwerte beziehen sich auf einen abgelesenen Endwertgrad von 100 %.

The given uncertainty values are calculated on the basis of the uncertainty of the measurement method and the unit under test during the calibration. The measured value refers to the indicated value of 100 %.

Es wurde gemäß Vordruck, dass diese gemessenen Messwerte, unter Beachtung eines nach DIN EN ISO 9001:2008 zertifizierten QMS-Systems, gültig kalibriert und auf nationale Standards rückführbar ist.

It was done according to the form that the above measured measurement values, following a QMS system certified to DIN EN ISO 9001:2008, is valid calibrated and can be traced back to national standards.

Hinweis: Dieses Zertifikat wurde automatisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.
Note: This certificate has been generated automatically and is valid without signature.

ifm electronic

Germany

Phone: +49 (0) 53 44 10 00 0

ifm electronic

Germany

Phone: +49 (0) 53 44 10 00 0

www.ifm.com

Fax: +49 (0) 53 44 10 00 0

Observații

Certificatul de calibrare trebuie comandat împreună cu senzorul.
Senzorul corespunzător este livrat împreună cu certificatul de calibrare.
Comenzi ulterioare sunt posibile doar în cazul în care senzorul este într-o stare curată la întoarcere.

In versiunea de internet a fisei tehnice este stocat un certificat in sectiunea "Descarcari"