



ISO-kalibreringscertifikat för temperaturgivare 5-punkts

ISO-Kalibrierung Temp. 5-Pkt

Werkskalibrierschein
Factory calibration certificate

Messumformer-Typ: PT1000
transmitter type:
Serien-Nr.: 12345678
serial no.:
Messbereich: -50...150 °C
temperature range:
Ausgangssignal: 4...20 mA
output:
Genauigkeit: ±0,15 K (max. 0,1 K)
accuracy:
Kalibrierdatum: 15.05.2012
date of calibration:

Auftragsnummer: 123456
job no.:
Referenzgerät: PT1000
reference unit:
Prüfnormal, Temperatur: PT1000
testing device, temperature:
Serien-Nr.: 12345678
serial no.:
PTB-Zertifikat: Ja
PTB certificate:
Umgebungstemperatur: 20 °C
ambient temperature:

Die Kalibrierung erfolgt bei der angegebenen Umgebungstemperatur mit einem "Schwarzen Strahl" mit einem Referenz-
Thermometer als Vergleichsmittel in Abstimmung mit dem internationalen Temperaturreferenzsystem (ITS-90).
Die Kalibrierung wird durchgeführt in der kalibrierungsfähigen "Schwarzen Strahl" mit einem Referenz-
Thermometer in der kalibrierungsfähigen "Schwarzen Strahl".

Die Angaben zur Messgenauigkeit sind nur für die Messwerte des Messumformers und nicht für die
Kalibrierungsgenauigkeit der Kalibrierung. Die Messwerte befinden sich auf einem abgerundeten Nennwert von 0,1 K.
Die Messgenauigkeit beträgt ±0,1 K.

The given accuracy is only for the accuracy of the measurement method and not for the accuracy of the calibration. The measured
value differs by the accuracy of the method from the measurement accuracy.

Die gezeigte Genauigkeit ist nur für die Messwerte des Messumformers und nicht für die Kalibrierungsgenauigkeit.
Die Messwerte befinden sich auf einem abgerundeten Nennwert von 0,1 K.

The given accuracy is only for the accuracy of the measurement method and not for the accuracy of the calibration. The measured
value differs by the accuracy of the method from the measurement accuracy.

Wichtig: Dieses Zertifikat wurde automatisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.
Important: This certificate has been generated automatically and is valid without signature.

ifm electronic gmbh

Produktions- und Service-Abteilung

www.ifm.com

Mekaniska data	
Vikt	[g] 19,171
Anmärkning	
Anmärkning	ISO-kalibreringscertifikatet erkänns inte enligt EA MLA (Multilateral Agreement) och anses därför inte vara spårbart. Kalibreringscertifikatet måste beställas i samband med en givare. Motsvarande givare levereras tillsammans med kalibreringscertifikatet. Kalibreringscertifikatet är utfärdat på två språk (tyska/engelska). Efterföljande order är endast möjlig om givaren är i ett rent skick vid återlämnandet. I internetversionen av databladet finns exempel på ett certifikat under fliken "Nedladdningar".

ZC0017



ISO-kalibreringscertifikat för temperaturgivare 5-punkts

ISO-Kalibrierung Temp. 5-Pkt

Ytterligare data

Mätpunkter (enligt ISO 9110)

1	20 °C
2	65 °C
3	85 °C
4	100 °C
5	123 °C