



ISO-kalibreringscertifikat för flödesgivare

ISO KALIBRIERUNG SM ATM GERÄTE

Werkskalibrierschein
Factory calibration certificate

Messumformer-Typ:
transmitter type:

Serien-Nr.:
serial no.:

Messbereich:
temperature range:

Ausgangssignal:
output:

Genauigkeit:
accuracy:

Kalibrierdatum:
date of calibration:

Auftragsnummer:
job no.:

Referenzgerät:
reference unit:

Prüfnormal, Temperatur:
testing device, temperature:

Serien-Nr.:
serial no.:

PTB-Zertifikat:
PTB certificate:

Umgebungstemperatur:
ambient temperature:

Die Kalibrierung erfolgt bei der angegebenen Umgebungstemperatur mit einem "Referenzstandard" mit einem Referenzwert, der nachweislich in Übereinstimmung mit dem internationalen Temperaturskizzen und dem IEC 60750 ist.

Die Kalibrierung wird durchgeführt in der kalibrierungsfähigen "Referenzumgebung" mit einer Genauigkeit von mindestens 0,1 °C (Klasse 1).

Die Angaben zur Messumformertyp und der Seriennummer sind den technischen Daten des Messumformers und denen der Kalibrierungsanweisung entsprechend der Kalibrierung. Die Messwerte beziehen sich auf einen abgelesenen Fehleranteil von 100 %.

Die Kalibrierung erfolgt nach ISO 9001:2015.

The calibration is performed in the environment of the "reference standard" with a reference value of at least 0,1 °C (class 1).

The data of the transmitter type and the serial number are the technical data of the transmitter and the data of the calibration instruction according to the calibration. The measurement values refer to a reading error of 100 %.

The calibration is performed according to ISO 9001:2015.

The given data are valid, that the given transmitter measures, under the conditions of the calibration, with an accuracy of at least 0,1 °C (class 1).

The given data are valid, that the given transmitter measures, under the conditions of the calibration, with an accuracy of at least 0,1 °C (class 1).

Wichtig: Dieses Zertifikat wurde automatisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.

Important: This certificate was automatically generated and is valid without signature.

Applikation	
Utförande	för utförande SM6x2x, SM7x2x, SM8x2x, SM8x3x
Mekaniska data	
Vikt	[g] 33,17
Anmärkning	
Anmärkning	Kalibreringscertifikatet måste beställas i samband med en givare. Motsvarande givare levereras tillsammans med kalibreringscertifikatet. Kalibreringscertifikatet är utfärdat på två språk (tyska/engelska). Återkalibrering eller efterföljande ordar är bara möjliga om enheten returneras helt rengjord, utan tillägg (samma status som vid ursprunglig leverans) och bifogat med en "Declaration of Decontamination" I internetversionen av databladet finns exempel på ett certifikat under fliken "Nedladdningar".