

A2LA-KALIBRIERUNG TEMP. 3-PKT

Werkskalibrierschein

Factory calibration certificate



Messumformer-Typ: 10000

transmitter type: 10000

Serien-Nr.: 12345678

serial no.: 12345678

Messbereich: -10...10 °C

temperature range: -10...10 °C

Ausgangssignal: 4...20 mA

output: 4...20 mA

Genauigkeit: ± 0,1 °C

accuracy: ± 0,1 °C

Kalibrierdatum: 15.08.2018

date of calibration: 15.08.2018

Auftragsnummer: 12345678

job no.: 12345678

Referenzgerät: 10000000

reference unit: 10000000

Prüfnormal, Temperatur: PTB 10000000

testing device, temperature: PTB 10000000

Serien-Nr.: 12345678

serial no.: 12345678

PTB-Zertifikat: 12345678

PTB certificate: 12345678

Umgebungstemperatur: 20 °C

ambient temperature: 20 °C

1st point	2nd point	Average
reference value	actual value	deviation
10	10,1	0,1
0	0,1	0,1
-10	-10,1	-0,1

Die Kalibrierung erfolgte bei einer eingestellten Umgebungstemperatur von einem "Referenzstandard" mit einem Referenz-
 Element der höchsten Ordnung in Anlehnung an die internationalen Temperatur-Skizzen und nach der PTB 90.
 The calibration was carried out in the "reference temperature" with a "reference standard" with a reference element of the highest order in
 accordance with the international temperature sketches and according to PTB 90.

Die Angaben zur Messgenauigkeit sind nur Richtwerte aus dem Durchschnitt der Messergebnisse und dienen der
 Kalibrierungsgegenstände zur Richtlinie der Kalibrierung. Die Messwerte beziehen sich auf einen eingestellten Eichleistungswert von 100 %, die
 Messunsicherheit beträgt 1,0 %.
 The given measurement accuracy is only a guide value from the average of the measurement results and is only a guide value during the calibration. The measured
 values refer to the setting of 100 %. The measurement uncertainty is 1,0 %.

Wir garantieren lediglich, dass diese gemessenen Messwerte, unter Beachtung eines nach DIN EN ISO 9001:2008 zertifizierten
 QMS-Systems, gültig kalibriert sind und nachfolgende Transferteisnergebnisse sind.
 We guarantee only that the above measured measuring results, following a QMS system certified according to DIN EN ISO 9001:2008, is valid calibration and can be used
 for the intended purpose.

Hinweis: Dieses Zertifikat wurde automatisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.
 remark: This certificate has been generated automatically and is valid without signature.

for your info:

ifm electronic

Germany

Phone: +49 (0) 52 74 40 10

ifm electronic

Germany

Phone: +49 (0) 52 74 40 10

www.ifm.de

Fax: +49 (0) 52 74 40 10 10

Vikt	[g]	19,171
------	-----	--------

Anmärkning	Kalibreringscertifikatet måste beställas i samband med en givare.
	Motsvarande givare levereras tillsammans med kalibreringscertifikatet.
	Kalibreringscertifikatet är utfärdat på två språk (tyska/engelska).
	Efterföljande order är endast möjlig om givaren är i ett rent skick vid återlämnandet.
	I internetversionen av databladet finns exempel på ett certifikat under fliken "Nedladdningar".