

ISO certifikát o kalibraci pro senzory proudění


ISO-Kalibrierung SD

Werkskalibrierschein
Factory calibration certificate

ifm electronic 

Messumformer-Typ: 75000
transmitter type:
Serien-Nr.: 12345678
serial no.:
Messbereich: 1...100 l/s
temperature range:
Ausgangssignal: 1...10 V
output:
Genauigkeit: ± 0.1 %
accuracy:
Kalibrierdatum: 12.12.2017
date of calibration:

Auftragsnummer: 12345678
job no.:
Referenzgerät: 12345678
reference unit:
Prüfnormal, Temperatur: 12345678
testing device, temperature:
Serien-Nr.: 12345678
serial no.:
PTB-Zertifikat: 12345678
PTB certificate:
Umgebungstemperatur: 12345678
ambient temperature:





Die Kalibrierung erfolgt bei der angegebenen Umgebungstemperatur mit einem "Schwermetall-Standard" mit einem Referenz-
 Element der höchsten Klasse in Abstimmung mit dem internationalen Temperaturnormen-Standard auf Basis der ITS-90.
 Die Kalibrierung wird durchgeführt in der Kalibrierung der "Schwermetall-Standard" mit einem Referenz-Element in der Kalibrierung der
 internationalen Normen-Standard ITS-90.
 Die Angaben zur Messgenauigkeit werden auf Basis der Messunsicherheit des Messverfahrens und dessen der
 Kalibrierungsgenauigkeit gegeben. Die Messunsicherheit ist auf Basis der angegebenen Messgenauigkeit von 0,1 %.
 Die Messunsicherheit beträgt 0,1 %.
 Die gemessene Messunsicherheit ist ein Maß für die Genauigkeit der Messung und ist nicht zu verwechseln mit der Messung. Die Messung
 ist ein Maß für die Genauigkeit der Messung.
 Die gemessene Messunsicherheit ist ein Maß für die Genauigkeit der Messung und ist nicht zu verwechseln mit der Messung. Die Messung
 ist ein Maß für die Genauigkeit der Messung.
 Dieses Zertifikat wurde automatisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.
 Dieses Zertifikat wurde automatisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.
 Dieses Zertifikat wurde automatisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.
 Dieses Zertifikat wurde automatisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.

ifm electronic gmbh

Friedrichstraße 1

45128 Essen

Germany

Phone: +49 (0)201 1818-1

ifm electronic gmbh

Friedrichstraße 1

45128 Essen

Germany

Phone: +49 (0)201 1818-1

Mechanická data

Hmotnost

[g]

5

Upozornění

Upozornění

kalibrační certifikát ISO není uznáván podle EA MLA
(Multilaterální dohoda), a proto se považuje za nesledovaný.

Kalibrační certifikát je nutné objednat společně se senzorem.

Příslušný senzor je dodáván společně s kalibračním certifikátem.

Kalibrační certifikát je ve dvou jazycích (němčina/angličtina).

Pozdější objednávky jsou možné pouze v případě,
že je snímač v okamžiku návratu v čistém stavu.

V internetové verzi datového listu je v záložce "Ke stažení" k dispozici vzorový certifikát.