



Certifikát o tovární kalibraci pro infračervené teplotní senzory

Werkskalibrierschein für Infrarot-Temp.

Werkskalibrierschein
Factory calibration certificate

Messumformer-Typ: T5000
transmitter type: T5000
Serien-Nr.: 12345678
serial no.: 12345678
Messbereich: 0...200 °C
temperature range: 0...200 °C
Ausgangssignal: 4...20 mA
output: 4...20 mA
Genauigkeit: ± 0,3 K (max. 100 °C)
accuracy: ± 0,3 K (max. 100 °C)
Kalibrierdatum: 15.08.2014
date of calibration: 15.08.2014

Auftragsnummer: 123456
job no.: 123456
Referenzgerät: PTB 7000
reference unit: PTB 7000
Prüfnorm, Temperatur: DIN EN 12181
testing device, temperature: DIN EN 12181
Serien-Nr.: 12345678
serial no.: 12345678
PTB-Zertifikat: PTB 7000
Umgebungstemperatur: 20 °C
ambient temperature: 20 °C

1. Schritt
Temperatur

2. Schritt
Temperatur

3. Schritt
Temperatur

(The following text is a translation of the German text on the certificate, which is mostly illegible in the image. It describes the calibration process and the accuracy of the measurement.)

Mechanická data	
Hmotnost	[g] 20,8
Upozornění	
Upozornění	Kalibrační certifikát je nutné objednat společně se senzorem.
	Příslušný senzor je dodáván společně s kalibračním certifikátem.
	Kalibrační certifikát je ve dvou jazycích (němčina/angličtina).
	Další objednávka je možná uvedením sériového čísla.
	Certifikát je vydáván v den kalibrace s retrospektivním účinkem.
V internetové verzi datového listu je v záložce "Ke stažení" k dispozici vzorový certifikát.	